

医疗器械参数要求

- 1、需要器械厂家安排工程师进行培训指导，培训内容包含器械维护保养，器械安装使用，直至使用科室签字确认。
- 2、所有器械提供一年质保，质保期内安排专业技术人员提供两次维护保养。
- 3、所供应报价产品属医疗器械管理的，需提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证，在附件中上传供应产品图片、相关注册证。
- 4、器械必须具有良好的延展性，易于塑形。
- 5、器械要有韧性，长时间打磨光滑后易清洁。
- 6、器械不和人体组织和体液产生反应，不会造成任何二次损伤。
- 7、器械可以在 180° C 的高压灭菌器中轻松消毒且不变形。
- 8、器械高度耐腐蚀和防锈，坚固耐用。
- 9、投标企业需提供医疗器械经营许可证、营业执照，需在附件中上传。
- 10、所有货物需安排专人送至我院指定地点，现场核对货物型号、数量。
- 11、供货时间 5 天。